




SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
COSENZA



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

UOC Forniture Servizi e Logistica

RIF. INT. 01/2019

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI
COSENZA



N. Prot. 0088712

del 12/07/2019

Titolo/Classe/Sottocl.
I 15 1

Al Direttore
UOC SIA
Dott.ssa Virginia Stefano

Sede

Oggetto: Autorizzazione e pubblicazione avviso di esclusione sul sito aziendale.

Con la presente si chiede la pubblicazione sia sul sito aziendale, sia nella sezione Amministrazione Trasparente dell'allegato avviso di esclusione (relazione esperto qualificato) delle ditte partecipanti alla gara per l'acquisto di dispositivi di protezione anti X per U.O.C. di Cardiologia per l'Ospedale Spoke di Castrovillari, RdO n. 2326889, come inviato dal RUP Gaetani Antonio.

Certi di un sollecito riscontro si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Dirigente
Dott.ssa Giovanna Borromeo

ASP di Cosenza_ procedura di gara per la fornitura di materiale di protezione anti X per U.O.C. di cardiologia ed UTIC Ospedale di castrovillari.
 In tabella è riportata la sintesi di quanto emerso dall'analisi della documentazione tecnica trasmessami in data odierna dalla Commissione all'uopo costituita, al fine di valutarne la corrispondenza alle specifiche del capitolato tecnico e la conformità tecnico-sanitaria, pubblicati dalla stazione appaltante sul ME.PA.

Lotto / Ditta concorrente	CEA SPA	SAGO MEDICA	ORTHO MED	CLIN-LAB SRL
1. Occhiali anti X con protezione laterale Att. min. 95% (120KVp)	Non viene specificato il modello offerto.	Il prodotto offerto risponde alle specifiche del capitolato tecnico.	Il prodotto offerto risponde alle specifiche del capitolato tecnico.	Il prodotto offerto risponde alle specifiche del capitolato tecnico.
2. Occhiali anti X sopra occhiali correttivi Att. min. 95% (120KVp)	Non viene specificato il modello offerto.	Il prodotto offerto risponde alle specifiche del capitolato tecnico.	Il prodotto offerto risponde alle specifiche del capitolato tecnico.	Il prodotto offerto risponde alle specifiche del capitolato tecnico.
3. Collari anti X Att. min. 85% (100KVp) sp. eq. 0,5 mmPb	Non viene specificato il modello offerto.	Il prodotto offerto risponde alle specifiche del capitolato tecnico.	Non viene specificato il modello offerto.	Non viene specificato il modello offerto.
4. Guanti anti X per chir. Att. Min. 30% (80 KVp)	Non viene specificato il modello offerto.	Il prodotto offerto risponde alle specifiche del capitolato tecnico.	Il prodotto offerto risponde alle specifiche del capitolato tecnico.	Il prodotto offerto risponde alle specifiche del capitolato tecnico.
5. Camici anti X tipo leggero Att. Min. 64% (80 KVp)	Non viene specificata l'attenuazione minima richiesta.	Il prodotto offerto risponde alle specifiche del capitolato tecnico.	Il prodotto offerto NON risponde alle specifiche del capitolato tecnico.	Il prodotto offerto risponde alle specifiche del capitolato tecnico.

L'Esperto Qualificato

Castrovillari, lì 05.07.2019

[Handwritten signature]
