



Regione Calabria
Azienda Sanitaria Provinciale
COSENZA

U.O.C. Forniture Servizi e Logistica



Regione Calabria
A. S. P. Cosenza

PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISTO DI UNA AMBULANZA DA SOCCORSO A TRAZIONE INTEGRALE DA DESTINARE AD UNA POSTAZIONE DI EMERGENZA TERRITORIALE 118 DI SAN GIOVANNI IN FIORE

Numero Gara 5626752

CIG 578712569F

FAQ 1

Quesito 1: Facendo riferimento alla pag 12 del capitolato speciale d'appalto, per la gara indicata in oggetto (CIG 578712569F9), con la presente riscontriamo che per il prodotto richiesto videolaringoscopio non sono state indicate le caratteristiche tecniche dello stesso come da deliberazione 1050 del 03/06/2014 per l'indizione della procedura.

Risposta Quesito 1: Sul file del capitolato pubblicato, con gli altri atti di gara, sul sito istituzionale in effetti mancano le specifiche minime indicate sul cartaceo allegato in delibera, per mero errore materiale. Pertanto il videolaringoscopio deve avere le specifiche minime indicate nel capitolato allegato all'atto deliberativo n. 1050 del 03/06/2014, quindi deve essere robusto, portatile, dotato di monitor LCD compatto, fornito di batterie ricaricabili AA che garantiscano almeno due ore di funzionamento, lama a lunghezza variabile.

19 Giugno 2014

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Maria Marano