




SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
COSENZA



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

P. IVA 02 853720783

Prot. n.

Cosenza, lì 22/08/2019

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI
COSENZA



N. Prot. **0102830**
del **27/08/2019**

Titolo/Classe/Sottocl.
I 15 1

AL DIRETTORE U.O.C. SISA
DOTT.SSA VIRGINIA STEFANO
ASP COSENZA

OGGETTO: Autorizzazione e pubblicazione avviso di esclusione sul sito Aziendale.

Con la presente si chiede la pubblicazione sia sul sito Aziendale e sia nella sezione Amm/ne Trasparente dello allegato avviso di esclusione (relazione dott.ssa Ruffolo) delle ditte partecipanti alla gara per l'acquisto di lampada per fototerapia per U.O.C. di Pediatria per l'Ospedale Spoke di Castrovillari RdO n. 2308980, come inviato dal RUP Gaetani Antonio.

Certi di un sollecito riscontro si coglie l'occasione per porgere distinti saluti

IL Dirigente
Dott.ssa Giovanna Borromeo



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI
COSENZA

**UNITA' OPERATIVA COMPLESSA DI PEDIATRIA
PRESIDIO OSPEDALIERO DI CASTROVILLARI**



N. Prot. 0089721
del 16/07/2019

Titolo/Classe/Sottocl.
II 18 2

DIRETTORE : DR. RICCARDO SCUDO
TEL. E FAX 0981.485282

ALL'UFFICIO PROVVEDITORATO

SEDE

**In riferimento alla gara per la fornitura di una(1) lampada per fototerapia RDO
N°2308980, alla quale hanno partecipato tre ditte:**

- Ortho MED Srl;
- Ginevri;
- MAVI LED;

**si fa presente che la lampada Brilliance della Ortho Med Srl non è conforme alle
caratteristiche richieste, in quanto è priva di led giallo, non corrisponde l'altezza e
la temperatura di conservazione.**

**La lampada Naos Naos Plus della Ginevri non è conforme in quanto priva di led
giallo.**

**L'unica che corrisponde alle caratteristiche richieste è la MAVI LEDF della A.E.P.
MEDICAL SRL.**

CASTROVILLARI 15/07/2019

Dott.ssa Maria Rosa Ruffolo

A.S.P. Calabria - C.C. - Castrovillari

Unità Operativa Complessa di Pediatria
Presidio Ospedaliero di Castrovillari